

# IMPUGNACAO CANON - PE - 026 - 2023 - MUNICIPIO DE GALILEIA - GALILEIA - MG - UL



**De** Jairo Palma <jairo.palma@br.medical.canon>  
**Para** licitacao@galileia.mg.gov.br <licitacao@galileia.mg.gov.br>  
**Cópia** Concorrenca <concorrenca@br.medical.canon>, Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>, Wagner Duarte Guedes <wagner.guedes@br.medical.canon>, Jessica Silva <jessica.silva@br.medical.canon>  
**Data** 14/07/2023 18:28

A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA

Galileia - MG

### PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 099/2023

#### PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023

#### FORMA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

#### TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM.

#### OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM (DIAGNÓSTICO GINECO/OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS).

Prezados, boa tarde!

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-35**, vem, nos termos da Lei Federal e suas alterações e ainda nas disposições da Lei Federal 10.520/02, **IMPUGNAR** os termos do edital da licitação em epígrafe, visando revisar as especificação técnica do Termo de Referência – **ITEM 01 – APARELHO DE ULTRASSOM**, pelos motivos expostos abaixo:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem a participação e o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

#### Alterações:

**Onde se lê:** Possibilidade futura de Software de elastografia

- **Alterar para:** Possibilidade futura de Software de elastografia ou software de quantificação da gordura hepática.
- **Justificativa:** A alteração permite que cada empresa oferte solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

**Onde se lê:** Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo;

- **Alterar para:** Frame rate de pelo menos 500 frames por segundo;
- **Justificativa:** O frame rate diz respeito à taxa de imagens exibidas a cada segundo, uma taxa elevada garante maior resolução e velocidade de exibição da imagem, porém, o olho humano possui limitações, e acima de uma taxa de 200fps, qualquer alteração já não é mais perceptível à olho nu. Portanto, a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem. E visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias e assim permitir um maior número de participantes no certame. Ressaltamos que a solicitação não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem e se faz necessária visando manter a isonomia do processo licitatório conforme a Lei 8.666.

**Onde se lê:** No mínimo 04 portas ativas para transdutores; - Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D;

- **Alterar para:** No mínimo 03 portas ativas para transdutores; - Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 3D ou 4D;
- **Justificativa:** Solicitamos a nova redação a fim de ofertarmos a compatibilidade com nosso equipamento, melhor preço no certame e exercer o que prevê na Lei nº 8666/93.

**Onde se lê:** Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de Imagens e/ou clips em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática.

- **Alterar para:** [RETIRAR]
- **Justificativa:** Devido a obsolescência da tecnologia de gravador de CD e com a escassez de mídias para gravação, as novas plataformas de Ultrassom disponibilizam apenas gravação de todos os formatos solicitados via USB (Pendrive). A alteração permite que cada empresa oferte solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo ou causando prejuízos ao órgão.

**Onde se lê:** Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais:

- **Alterar para:** Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais (podendo variar frequência de 01 MHz para cima e para baixo):

- **Justificativa:** Da nova forma escrita, possibilita que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho nas aplicações clínica. E, permite aumentar a participação de fornecedores no processo exercendo maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

#### **DO PEDIDO:**

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento

Atenciosamente,

**Jairo Leiva**

**Canon Medical Systems do Brasil** | Departamento de Licitação  
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120  
**P** (55 11) 4134-0053 | **M** (55 11) 95079-9235  
**E** [jairo.palma@br.medical.canon](mailto:jairo.palma@br.medical.canon) | **W** [br.medical.canon](http://br.medical.canon)

