



## Esclarecimentos - Processo 008/2025 - MUNICIPIO DE GALILEIA

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
25/06/2025 13:16	Pedido de esclarecimento - ITEM 17 - DESFIBRILADOR - No descritivo técnico é solicitado "Monofásico", assim questionamos, serão aceitos cardioversores bifásicos? Além disso, para confirmação, desfibrilação interna é possibilidade futura ou deve estar habilitada no equipamento, assim como a entrega das pás internas? Por fim, é mencionado: "Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil". Desta forma, questionamos, tecnologias que permitem limitação de 50J para pás internas e energias selecionáveis maiores que 50J para pás externas serão permitidas?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

ANDERSON MURILO GONÇALVES

GALILÉIA-MG - 26/06/2025

Gerado em: 26/06/2025 08:05:21