

Ofício n.º 01/2025

Galiléia, 17 de junho de 2025

De: Setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia

Para: Setor de Licitação Prefeitura Municipal de Galiléia

Assunto: Resposta à Impugnação do Edital do Pregão Eletrônico n° 008/2025

Prezados,

Em resposta à impugnação relatada no edital do Pregão Eletrônico n° 008/2025, que visa à aquisição de equipamentos hospitalares para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia/MG, vimos, por meio deste, apresentar resposta fundamentada quanto aos pontos levantados, quais sejam os itens 09 (Bomba de Infusão) e 17 (Desfibrilador Monofásico Básico).

I. DO ITEM 09 – BOMBA DE INFUSÃO

Constatou-se a necessidade de correção no descritivo técnico, razão pela qual acolhe-se o pedido de impugnação, com a seguinte nova redação oficial:

	<p>Bomba de infusão</p> <p>Dispositivo médico de alta precisão projetado para administrar medicamentos, nutrientes ou fluidos diretamente no sistema do paciente de maneira controlada e segura. Este equipamento é fundamental no tratamento de pacientes, pois garante a administração exata de fluidos, como soro e medicamentos e dieta parenteral conforme a dosagem recomendada na prescrição médica.</p> <p>Bomba universal com função de infusão de dieta e medicamentos.</p> <p>Com parâmetros para utilização em pacientes adulto, pediátricos e neonatais</p> <p>Utilização de equipo universal</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipo livre de PVC Padrão universal• Equipo fotossensível Universal• Equipo para dieta enteral universal
9	<p>Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h)</p> <p>Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): $\pm 3\%$</p> <p>Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI) 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml</p> <p>Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$</p> <p>Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$</p> <p>Pressão máxima de infusão: >160kPa</p> <p>Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ± 30kPa Mínimo: 40kPa ± 20kPa</p> <p>Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial):</p> <p>Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de</p>

Atenção

	<p>40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos.</p> <p>Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação).</p> <p>Manter a Veia Aberta (KVO): "Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo"</p> <p>Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min</p> <p>Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min</p> <p>Alarme de alta prioridade (desempenho essencial) Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm).</p> <p>Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2</p>
--	--

II. DO ITEM 17 – DESFIBRILADOR MONOFÁSICO BÁSICO

Considerando a solicitação de ampliação da competitividade e observando o interesse público, acolhe-se a impugnação quanto à reformulação do descritivo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

17	<p>Desfibrilador Cardiorversor Modos de operação, automático e manual, recursos integrados monitor c/ ecg, spo2, mp transcutâneo, tipo onda bifásica, memória grava eventos; Uso adultos e infantis. Nível de energia para adultos: até 360J; Nível de energia para Lactantes/Crianças: até 100J; peso máx. de 8,5 kg; alimentação bateria recarregável; componente pás externas embutidas e adesivas; componente cabo de 3 e 5 vias;</p>
----	--

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto: Defere-se integralmente o pedido de impugnação, com a substituição oficial dos descritivos dos itens 09 e 17, conforme acima;

A nova redação visa preservar o interesse público, garantir a economicidade e ampliar a competitividade do certame, observando os princípios da isonomia, legalidade e eficiência.



PREFEITURA MUNICIPAL
GALILÉIA



Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Manoela Ferreira Boareto
Secretária Municipal de Saúde
Galiléia - MG

MANOELA FERREIRA BOARETO
Secretária de Saúde