

Ofício n.º 02/2025

Galileia, 25 de junho de 2025

De: Setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde de Galileia

Para: Setor de Licitação Prefeitura Municipal de Galileia

Assunto: Resposta à Impugnação do Edital do Pregão Eletrônico n° 008/2025

Prezados,

Em resposta à impugnação relatada no edital do Pregão Eletrônico n° 008/2025, que visa à aquisição de equipamentos hospitalares para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Galileia/MG, vimos, por meio deste, apresentar resposta fundamentada quanto ao ponto levantado, no item 18 (Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais).

I. DO ITEM 18– ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS

Considerando a solicitação de ampliação da competitividade e observando o interesse público, acolhe-se a impugnação quanto à reformulação do descritivo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

18	<p>Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais</p> <p>Características mínimas exigidas:- Aquisição simultânea de 12 derivações padrão: DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1 a V6; Faixa de medição de frequência cardíaca: mínimo de 30 a 300 bpm; Precisão mínima: 1 bpm ou 2% (adotar o maior valor); Filtro off: 0, 05HZ A 100HZ; Sensibilidade: 0, 5 - 1 - 2MV/CM; Detecção de eletrodo solto, com indicação visual no display; Retorno automático após desfibrilação em até 10 segundos; Display gráfico tipo LCD com retroiluminação; Ajuste de velocidade de traçado: mínimo de 25 e 50 mm/s; Modos de operação: Manual: registro livre de cada derivação e Automático: registro de todas as derivações em sequência com comando único; Filtros digitais inclusos, incluindo filtro de rede (Notch) de 50/60 Hz para redução de ruído; Alarmes visuais: indicação de eletrodo solto e bateria fraca; Alimentação bivolt automático: 110 – 230 V, 50/60 Hz; Bateria interna recarregável;</p> <p>Impressão de dados completos, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 derivações simultâneas;• Frequência cardíaca;• Sensibilidade;• Velocidade do traçado;• Sinal de calibração; <p>Acompanha acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo paciente 10 vias;• Eletrodos de membros (mínimo de 4 unidades);• Eletrodos precordiais (mínimo de 6 unidades);• Pasta condutiva;• Rolo de papel termosensível compatível;• Manual de operação em português;• Certificado de garantia.
----	---

II. CONSIDERAÇÕES FINAIS


Diante do exposto: Defere-se integralmente o pedido de impugnação, com a substituição oficial do descritivo do item 18, conforme acima;

A nova redação visa preservar o interesse público, garantir a economicidade e ampliar a competitividade do certame, observando os princípios da isonomia, legalidade e eficiência.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Manoela Ferreira Boareto
Secretária Municipal de Saúde
Galiléia - MG



MANOELA FERREIRA BOARETO
Secretária de Saúde