

Ofício n.º 01/2026

Galileia, 07 de janeiro de 2026

De: Setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde de Galileia
Para: Setor de Licitação Prefeitura Municipal de Galileia
Assunto: **Esclarecimentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 20/2025**

À
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Prezados,
Em atenção aos pedidos de esclarecimento apresentados pela empresa, a Administração Pública esclarece:

ITEM 15 – FOCO CLÍNICO AUXILIAR


Após reanálise do Termo de Referência, confirma-se que o equipamento a ser adquirido no Item 15 corresponde, de fato, a um Foco Clínico Auxiliar, destinado ao uso em ambientes ambulatoriais, consultórios e unidades de atendimento clínico, não se tratando de Foco Cirúrgico Auxiliar.

O descritivo técnico constante no edital foi elaborado considerando as necessidades da rede municipal de saúde, compatíveis com procedimentos clínicos e ambulatoriais, não havendo exigências técnicas que caracterizem equipamento de uso cirúrgico, tais como intensidade luminosa, campo estéril, estrutura e aplicação próprias de foco cirúrgico.

Quanto ao valor estimado, esclarece-se que este foi definido a partir de pesquisa de preços, observando cotações de outros processos e características técnicas exigidas. Ressalta-se que o valor estimado tem caráter **referencial**, não vinculando os licitantes, que poderão apresentar propostas compatíveis com os preços praticados no mercado para equipamentos que atendam integralmente às especificações do edital.

Dessa forma, não houve equívoco na identificação do objeto, permanecendo válido o entendimento de que o Item 15 refere-se a Foco Clínico Auxiliar, conforme descrito no Termo de Referência e demais documentos do certame.

Por fim, a Administração reafirma seu compromisso com a isonomia, competitividade e correta definição do objeto licitado, mantendo inalteradas as especificações do Item 15.



MANOELA FERREIRA BOARETO

Secretária de Saúde